

Số: 98/TB-BVNL
V/v Mời báo thiết bị y tế

Ngọc Lặc, ngày 19 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm tủ lạnh bảo quản máu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc .

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Cao Cường, phòng Vật tư thiết bị y tế bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc

Điện thoại: 0963.174.333

Email: bvdkkvngoclac@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:...

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Phố Lê Duẩn Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa

- Nhận qua email: bvdkkvngoclac@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 02 năm 2024 đến trước 17h ngày 29 tháng 02 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Theo phụ lục đính kèm

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

- Như trên;
- (đăng tải Website bvngoclac.ytethanhhoa.gov.vn/);
- Lưu: VT, PVT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Minh

PHỤ LỤC 1 : DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Thông báo số: /TB-BVNL, ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc)

STT	Danh mục dịch vụ		Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tủ lạnh bảo quản máu (Tủ ngân hàng máu)						
	Tiêu chuẩn						
	Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế		Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007				
	Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường		GB/T 24001-2001/ISO 14001:2004				
	Đạt tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng		ISO 9001:2000				
	Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn		2006/95/EC				
	Đạt tiêu chuẩn phù hợp về điện theo tiêu chuẩn:		EN 55014-1:2006; EN 55014-2:197+A1; EN 61000-3-3:2006; EN 61000-3-3:1995+A1+A2	01	Cái	Bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc	Tháng 03 năm 2024
	Thông số kỹ thuật						
	Thể tích		≥158 lít				
	Công suất		350W				
	Độ sai khác nhiệt độ buồng mát		4 độ C ± 1 độ C				
	Điều khiển nhiệt độ		Vi xử lý				
	Điện áp sử dụng		220V/50Hz				
	Cửa		1 cửa, cửa kính 2 lớp				
	Số bánh xe		4 bánh				
	Số khay và rổ		4 khay				

Kích thước trong	460 x 350 x 950			
(Rộng x Sâu x Cao)mm				
Kích thước ngoài	560 x 570 x 1520			
(Rộng x Sâu x Cao)mm				
Số đơn vị máu bảo quản	≥84 túi máu 450ml/túi			

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4): Chủ đầu tư ghi các nội dung công việc, mô tả dịch vụ để nhà cung cấp làm cơ sở báo giá.



PHỤ LỤC 2. Mẫu báo giá:

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa khu vực Ngọc Lặc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cụ thể cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

