

Số: 74/TT-BVNL  
V/v chào giá vật tư y tế

Ngọc Lặc, ngày 10 tháng 10 năm 2024

**Kính gửi:** Các Công ty/đơn vị nhập khẩu, phân phối, bán thiết bị y tế.

Nhằm đáp ứng nhu cầu và không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Bệnh viện đa có nhu cầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế. (chi tiết phụ lục đính kèm)

Để thực hiện mua sắm vật tư thiết bị y tế. Trên cơ sở danh mục, số lượng đề xuất vật tư thiết bị y tế, do khoa đề xuất và Model, hãng sản xuất của trang thiết bị tham khảo bệnh viện mời các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế, vật tư y tế quan tâm gửi hồ sơ chào giá các sản phẩm theo danh mục đính kèm để làm cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm.

1. Đăng ký kinh doanh, Hồ sơ năng lực, tài liệu chứng minh đủ điều kiện để kinh doanh trang thiết bị y tế theo nghị định 98/2021/NĐ-CP: Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

2. Báo giá ghi đầy đủ thông tin hành hóa, dịch vụ (ghi rõ cấu hình, thông số kỹ thuật) điều kiện bảo hành. Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng, hiệu lực báo giá. Được đại diện các đơn vị ký tên và đóng dấu ghi rõ. ngày/tháng/năm báo giá số điện thoại liên hệ đóng dấu giáp lai.

Hồ sơ báo giá bao gồm:

- + Báo giá: theo mẫu báo giá đính kèm
- + Tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa

Báo giá bản scan gửi về địa chỉ email: [bvdkkvngoclac@gmail.com](mailto:bvdkkvngoclac@gmail.com)

Báo giá bản cứng gửi về địa chỉ: Mr Hải. Phòng vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Phố Lê Duẩn Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.871.146, 0986.930.986

Thời gian nhận báo giá: trước ngày 18/10/2024

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc trân trọng thông báo. / *vn*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- (đăng tải Website [bvngoclac.ytethanhhoa.gov.vn/](http://bvngoclac.ytethanhhoa.gov.vn/));
- Lưu: vt, vtyt.



Nguyễn Hữu Hùng



Tên đơn vị  
Địa chỉ:

**PHỤ LỤC I: Mẫu báo giá**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày..... tháng năm 2023

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa khu vực Ngọc Lặc**

(Tên đơn vị)..... có địa chỉ tại....., điện thoại liên hệ....., số đăng ký kinh doanh..... được cấp bởi .....  
Căn cứ thư mời chào giá của Bệnh viện đa khoa khoa khu vực Ngọc Lặc và khả năng cung cấp của công ty..... chúng tôi xin gửi  
tới Quý Bệnh viện đa khoa khoa khu vực Ngọc Lặc bản báo giá các hàng hóa như sau

STT	Tên trang thiết bị (Cấu hình, thông số kỹ thuật)	Chủng loại (Model)	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền

- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)
- Hiệu lực của báo giá: .....

(Kèm theo Công văn số: 41 TT-BVNL ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa khoa khu vực Ngọc Lặc)



STT	Tên trang thiết bị	Mô tả kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian thực hiện	Nơi thực hiện dịch vụ
1	Máy điện tim 6 cần	<p>1. Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 máy - Các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Dây nguồn: 1 chiếc Cấp điện tim: 1 chiếc Điện cực trước ngực: 6 chiếc Điện cực kẹp chi: 4 chiếc Giấy in: 1 xấp Bút lau đầu in nhiệt: 1 chiếc Pin: 1 chiếc, có thẻ sạc nhiều lần (ắc quy) Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 1 bộ 2. Thông tin kỹ thuật: Thu tín hiệu điện tim - Mạch vào: Được cách ly và bảo vệ tránh sốc điện tim - Đạo trình điện tim ECG: 12 đạo trình - Độ nhạy: 10mm/mV <math>\pm</math> 2% - Chuẩn độ điện thế: 10mm/mV <math>\pm</math> 2% - Trở kháng đầu vào: <math>\geq</math>20M<math>\Omega</math> - Hệ số lọc nhiễu: <math>&gt;</math> 100dB - Điện áp bù: <math>\geq</math>550 mV - Tần số đáp ứng: 0.05 Hz đến 150 Hz (-3dB) - Thời gian thu nhận tín hiệu điện tim (khi ghi tự động): 10 -24 giây Xử lý tín hiệu - Tốc độ lấy mẫu phân tích: 500 mẫu/giây - Tốc độ thu thập mẫu: 8000 mẫu/giây - Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60Hz - Bộ lọc cao tần: Có 3 mức lọc là 75, 100, 150 Hz - Bộ lọc nhiễu điện cơ: Có 2 mức lọc là 25, 35 Hz Hiển thị - Kiểu màn hình: màn hình màu tinh thể lỏng - Hiển thị dữ liệu: 12 đạo trình sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, đánh dấu đồng bộ QRS, biểu tượng CAL, báo lỗi, tiếp xúc điện cực, nhiều - Dạng sóng điện tim ECG: 12 đạo trình. Ghi dữ liệu - Xử lý in: Đầu in nhiệt có độ phân giải cao - Độ nhạy: 5, 10, 20mm/mV - Ghi dạng lưới: có thẻ - Thông số in: Tối thiểu có ghi loại chương trình, phiên bản, ngày tháng và thời gian, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, tên bệnh viện, thông tin bệnh nhân (ID, tên, tuổi, giới tính) Các nội dung khác: - Pin sạc: Đảm bảo dung lượng máy hoạt động liên tục trong 1 giờ khi đầy - Phần mềm phân tích điện tim có thể áp dụng cho bệnh nhân từ 3 tuổi trở lên, khả năng phân tích nhanh - Đầu vào ngoài/ Kết nối ngoài CRO: 1 cổng - Cổng giao tiếp USB type A: 1 cổng - Khe cắm thẻ SD: 1 cổng (cho thẻ nhớ SD hoặc card LAN không dây SD) - Vật tư, phụ kiện, lắp đặt đồng bộ đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.</p>	Cái	02	Quy IV/2024	Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc