

Số: 779 /TB-BVNL

Ngọc Lặc, ngày 30 tháng 10 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
(Về việc mời báo giá mua sắm vật thiết bị y tế)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức mua sắm cho gói thầu: mua sắm vật tư thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc . địa chỉ: Phố Lê Duẩn Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.

Ông: Lê Khả Hải- Phòng vật tư y tế

Điện thoại liên hệ: 0914168235 (trong giờ hành chính)

Email: bvdckvngoclac@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá;

Nhận trực tiếp tại: Phòng vật tư thiết bị y tế , Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc

Nhận qua Email: bvdckvngoclac@gmail.com

4. Thời gian nhận báo giá: từ ngày 30/10/2024 đến trước 16h 30 ngày 08/11/2024

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá : tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08/11/2024./

Nơi nhận:

- Như trên;
- (đăng tải Website bvngoclac.ytethanhhoa.gov.vn/);
- Lưu: VT, PVT.



Nguyễn Hữu Hùng

PHỤ LỤC I: Mẫu báo giá

| | |
|---|---|
| <p>Tên đơn vị Địa chỉ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC LẶC TỈNH THANH HÓA</p> | <p>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, ngày..... tháng năm 2024</p> |
|---|---|

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc

(Tên đơn vị)..... có địa chỉ tại....., điện thoại liên hệ....., số đăng ký kinh doanh..... được cấp bởi
Căn cứ thư mời chào giá của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc và khả năng cung cấp của công ty..... chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc bản báo giá các hàng hóa như sau

| STT | Tên trang thiết bị | Hãng, Nước sản xuất | Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền |
|-----|--------------------|---------------------|---------------|-------------|----------|----------------|------------|
| | | | | | | | |

- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)
- Hiệu lực của báo giá:

Handwritten signature

H-PHỤ LỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo thông báo số: /TB-B/ML ngày

tháng 10 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc)

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HÀ NỘI

| STT | Tên vật tư thiết bị y tế, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Nơi thực hiện dịch vụ |
|-----|--|-------------|----------|------------------------------------|
| 1 | <p>Máy Phun Khử Khuẩn (Dùng để phun khử khuẩn không khí phòng phẫu thuật)</p> <p>Năm sản xuất 2023 trở đi</p> <ul style="list-style-type: none">- Hàng mới 100% <p>*Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy chính 1 turbin: 01 Cái- Bình chứa dung dịch: 01 Cái- Dây nguồn AC: 01 Cái- Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 bộ <p>*Đặc điểm kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hệ thống phun khử khuẩn ứng dụng công nghệ “sương khô” để khử khuẩn bề mặt tự động, dựa trên nguyên lý tuabin để gia nhiệt và ion hóa mạnh nhằm chuyển hóa dung dịch khử khuẩn thành dạng sương cực kỳ khô.- Tạo ra 90% hạt sương có đường kính $\leq 5\mu$ phân bố đồng nhất trong phòng, bão hòa trong không khí và bao phủ mọi bề mặt.- Tích hợp Thư viện dung dịch khử khuẩn : Supraspor, Oxypharm, Anios Special, Sanosil AG và nồng độ khác 6ml/m³, 10ml/m³... tương thích với hầu hết các loại hoá chất khử khuẩn phổ biến trên thị trường- Thời gian chờ kích hoạt 30 giây để người sử dụng ra khỏi | Cái | 01 | Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc |

Handwritten mark

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>phòng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng tự động tắt máy khi hoàn thành chương trình phun. - Chức năng giám sát lượng dung dịch trong bình bằng cảm biến và có cảnh báo hết dung dịch. - Chức năng quản lý cảnh báo bảo trì thiết bị: Tự động hiển thị trên màn hình - Mức tiêu hao dung dịch khử khuẩn thấp nhất thị trường (0.5 ml/ m³) - Khả năng khử khuẩn lên đến 2.000 m³ - Tốc độ phun sương: 80-120 m/giây. - Kích thước hạt sương: 2 – 4 micron. - Lưu lượng phun trung bình: 2.000ml/ giờ. - Thể tích khuếch tán tối đa: 2.000m³. - Mức sử dụng dung dịch tối đa: 22ml/ phút. - Tuỳ chỉnh nồng độ phun: 0,5ml/m³, 1ml/ m³, 4 ml/m³, 6 ml/m³, 8 ml/m³, 10 ml/m³ | | | |
|--|--|--|--|--|

7/2/2