

Ngọc Lặc, ngày 12 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
(Về việc mời báo giá mua sắm vật tư y tế)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức mua sắm cho gói thầu: mua sắm vật tư y tế, vật tư tiêu hao, với nội dung cụ thể như sau.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc . địa chỉ: Phố Lê Duẩn Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.

Ông: Lê Khả Hải- Phòng vật tư y tế

Điện thoại liên hệ: 0986.930.986 (trong giờ hành chính)

Email: bvdckvngoclac@gmail.com

3. cách thức nhận báo giá;

Nhân trực tiếp tại: Phòng vật tư thiết bị y tế , Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc

Nhận qua Email: bvdckvngoclac@gmail.com

4. Thời gian nhận báo giá: từ ngày 09/6/2025 đến trước 16h 30 ngày 09 /6/2025

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá : tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 09/6/2025./

Nơi nhận:

- Như trên;
- (đăng tải Website bvngoclac.ytethanhhoa.gov.vn/);
- Lưu: VT, PVT.



Nguyễn Hữu Hùng

PHỤ LỤC I: Mẫu báo giá

Tên đơn vị Địa chỉ:		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</u>, ngày..... tháng năm 2024
------------------------	---	---

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc

(Tên đơn vị)..... có địa chỉ tại....., điện thoại liên hệ....., số đăng ký kinh doanh..... được cấp bởi

Căn cứ thư mời chào giá của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc và khả năng cung cấp của công ty..... chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc bản báo giá các hàng hóa như sau

STT	Tên trang thiết bị	Hãng,Nước sản xuất	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền

- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)
- Hiệu lực của báo giá:

II. PHỤ LỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo thông báo số: 335/TB-BVNL, ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc)

STT	Tên vật tư tiêu hao	Đơn vị tính	Số lượng	Nơi thực hiện dịch vụ
1	- Bộ dây máy thở một lần dùng cho người lớn Hãng/nước sx: Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş/ Thổ Nhĩ Kỳ dài $\geq 1.8\text{m}$. Đường kính 22mm phù hợp với đầu nối máy thở. Gồm 2 bẫy nước, nút nối chữ Y có cổng trích khí lấy mẫu. - Bộ dây làm từ vật liệu PE. Không chứa cao su, không chứa PVC hoặc DEHP. - Trở kháng đường thở vào/thở ra tại mức 60L/phút $<1.8\text{mbar}$, tại 30L/phút $<0.5\text{mbar}$, tại 15L/phút $<0.2\text{mbar}$; tại 5L/phút $<0.1\text{mbar}$, tại 2.5L/phút $<0.1\text{mbar}$. - Độ giãn nở tại 60mbar $<2.5\text{mL/mbar}$; tại 30mbar $<2.6\text{mL/mbar}$. - Mức độ hở khí tại 60mbar $<50\text{mL/phút}$. - Có chứng chỉ CE, chứng chỉ kiểm tra khả năng tương thích	Bộ	600	Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc