

Ngọc Lặc, ngày 11 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
(Về việc mời báo giá mua sắm vật tư y tế)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức mua sắm cho gói thầu: mua sắm vật tư y tế, vật tư tiêu hao, với nội dung cụ thể như sau.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc . địa chỉ: Phố Lê Duẩn Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.

Ông: Lê Khả Hải- Phòng vật tư y tế

Điện thoại liên hệ: 0986.930.986 (trong giờ hành chính)

Email: bvdckvngoclac@gmail.com

3. cách thức nhận báo giá;

Nhân trực tiếp tại: Phòng vật tư thiết bị y tế , Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc

Nhận qua Email: bvdckvngoclac@gmail.com

4. Thời gian nhận báo giá: từ ngày 11/6/2025 đến trước 16h 30 ngày 18/6/2025

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá : tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18/6/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- (đăng tải Website bvngoclac.ytethanhhoa.gov.vn/);
- Lưu: VT, PVT.



Nguyễn Hữu Hùng



PHỤ LỤC I: Mẫu báo giá

Tên đơn vị
Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
....., ngày..... tháng năm 2024

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc

(Tên đơn vị)..... có địa chỉ tại....., điện thoại liên hệ....., số đăng ký kinh doanh..... được cấp bởi
Căn cứ thư mời chào giá của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc và khả năng cung cấp của công ty..... chúng tôi xin gửi
tới Quý Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc bản báo giá các hàng hóa như sau

STT	Tên trang thiết bị	Hãng, Nước sản xuất	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền

- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)
- Hiệu lực của báo giá:

II. PHỤ LỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo thông báo số: 556/TB-BVNL, ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc)

TT	Tên vật tư y tế	Đặc tính thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Nơi thực hiện dịch vụ
1	Kít thử chẩn đoán nhồi máu cơ tim	Ứng dụng: Chẩn đoán nhồi máu cơ tim Thông số sản phẩm: - Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS Đức hoặc tương đương - Công nghệ huỳnh quang phân giải thời gian (TRF) - Phạm vi đo: cTnI: 0,01 ng/mL - 30 ng/mL - LoB, LoD, LoQ LoB: 0,01 ng/mL LoD: 0,03 ng/mL LoQ: 0,03 ng/mL	Test	5.000	Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc
2	Kít thử chẩn đoán và tiên lượng sớm suy tim	Ứng dụng: Chẩn đoán và tiên lượng sớm suy tim Thông số sản phẩm: - Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS Đức hoặc tương đương - Công nghệ huỳnh quang phân giải thời gian (TRF) - Phạm vi đo: 20 pg/mL - 12800 pg/mL - LoB, LoD, LoQ LoB: 12 pg/mL LoD: 20 pg/mL LoQ: 20 pg/mL	Test	2.000	Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc
3	Kít thử chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn và nhiễm trùng huyết	Ứng dụng: Chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn và nhiễm trùng huyết Thông số sản phẩm: - Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS Đức hoặc tương đương - Công nghệ huỳnh quang phân giải thời gian (TRF) - Phạm vi đo: 0,07 ng/mL - 30 ng/mL - LoB, LoD, LoQ LoB: 0,025 ng/mL LoD: 0,07 ng/mL LoQ: 0,07 ng/mL	Test	2.000	Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc

4	Kít thử chẩn đoán bệnh lý đông máu rải rác tĩnh mạch (DIC), hiện tượng huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), tắc nghẽn động mạch phổi	Ứng dụng: Chẩn đoán bệnh lý đông máu rải rác tĩnh mạch (DIC), hiện tượng huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), Tắc nghẽn động mạch phổi Thông số sản phẩm: - Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS Đức hoặc tương đương - Công nghệ huỳnh quang phân giải thời gian (TRF) - Phạm vi đo: 120 ng/mL - 4400 ng/mL - LoB, LoD, LoQ LoB: 68 ng/mL LoD: 120 ng/mL L	Test	600	Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc
---	---	--	------	-----	------------------------------------

