

Số: 563/TB-BVNL
V/v chào giá giá dịch vụ bảo trì bảo
dưỡng thiết bị y tế

Ngọc Lặc, ngày 15 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị có đủ năng lực, bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế

Nhằm đáp ứng nhu cầu và không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tại Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc, Bệnh viện có nhu cầu bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế (*chi tiết phụ lục đính kèm*) đây là các hệ thống thiết bị có yêu cầu cao về quy trình kỹ thuật, phải thực hiện bởi các kỹ sư được các hãng sản xuất đào tạo.

Để thực hiện dịch vụ, trên cơ sở danh mục, số lượng đề xuất bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế.

Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc kính mời các đơn vị có đủ năng lực bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế quan tâm, khảo sát, đề xuất phương án bảo trì bảo dưỡng cụ thể, gửi hồ sơ đề xuất và các nội dung công việc giá dịch vụ theo danh mục đính kèm để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, giá kế hoạch.

1. Đăng ký kinh doanh, Hồ sơ năng lực, tài liệu chứng minh đủ điều kiện, năng lực kinh nghiệm thực hiện dịch vụ nêu trên.

2. Thư chào giá dịch vụ; các nội dung khảo sát, xác minh, phương án bảo trì bảo dưỡng cụ thể cho các thiết bị nêu trên, hiệu lực báo giá được đại diện các đơn vị ký tên và đóng dấu ghi rõ. ngày/tháng/năm báo giá số điện thoại liên hệ đóng dấu giáp lai.

Hồ sơ báo giá bao gồm:

+ Báo giá: theo mẫu báo giá đính kèm

Báo giá bản scan gửi về địa chỉ email: bvdkkvngoclac@gmail.com

Báo giá bản cứng gửi về địa chỉ: Mr Hải, Phòng vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc, Phố Lê Duẩn xã Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0914 168 235

Thời gian nhận báo giá: trước ngày 24/9/2025.

Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc trân trọng thông báo. *hym*

Nơi nhận:

- Như trên;
- (đăng tải Website bvngoclac.ytethanhhoa.gov.vn/);
- Lưu: vt, vtyt.



Nguyễn Hữu Hùng

PHỤ LỤC I: Mẫu báo giá

Tên đơn vị Địa chỉ:	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</u>, ngày..... tháng năm 2024
--------------------------------------	---

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa Ngọc Lặc

(Tên đơn vị)..... có địa chỉ tại....., điện thoại liên hệ....., số đăng ký kinh doanh..... được cấp bởi
Căn cứ thư mời chào giá của Bệnh viện đa khoa khoa Ngọc Lặc và khả năng cung cấp của công ty..... chúng tôi xin gửi tới Quý
Bệnh viện đa khoa khoa Ngọc Lặc bản báo giá các hàng hóa như sau

STT	Tên trang thiết bị	Hãng,Nước sản xuất	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền

- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyên, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)
- Hiệu lực của báo giá:



PHỤ LỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo thông báo số 563 /TB-BVNL ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc)

STT	Tên thiết bị y tế cần bảo dưỡng, bảo trì	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian thực hiện	Nơi thực hiện dịch vụ
1.	Máy siêu âm màu 4D Model : Prosound α6 SN : 201E1547 Hãng sx: Hitachi Nước sx: Nhật Bản	Máy	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc
2.	Máy siêu âm màu 4D Model : Arietta V60 SN : 20421981 Hãng sx: Hitachi Nước sx: Nhật Bản	Máy	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc
3.	Máy hấp tiệt trùng hơi Model : 6671130-2V SN : 15120005 Hãng SX : Tuttinauer	Máy	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc
4.	Máy giặt vạt tự động IMAGE Model : HE-80 SN : A060615030168 Hãng SX : IMAGE Nước SX : Thái Lan	Máy	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc
5.	Máy giặt vạt tự động Model : LS-332SM-E SN : 694307/14 Hãng SX : GIRBAU Nước SX : Tây Ban Nha	Máy	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc
6.	Máy siêu âm màu 3D, 3 đầu dò: ổ bụng, tim, 3D Model : Prosound Hãng SX : HITACHI,LTD Nước SX : Nhật bản	Máy	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc

7.	Máy siêu âm màu 3D, 3 đầu dò, ổ bụng, âm đạo, 3D Model : Prosound α6 Hãng SX : HITACHI,LTD Nước SX : Nhật bản	Máy	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc
8.	Máy X Quang C-am Model : Cios Commcet Hãng SX : Siemens Nước SX : Đức	Máy	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc
9.	Máy X quang kỹ thuật số kèm giá chụp phổi Model : Ecoview 9 plus Hãng SX : Ecoray Nước SX : Hàn Quốc	Máy	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc
10.	Máy chụp X Quang Model : Mrad-A25S Hãng SX : Toshiba Nước SX : Nhật Bản	Máy	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc
11.	Hệ thống nội soi dạ dày Model :GIF-Q150 Hãng sx:olympus Nước sx:Nhật Bản	Hệ thống	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc
12.	Bộ nội soi dạ dày, đại tràng có camera, bộ rửa dây soi, máy rửa siêu âm, bộ bảo trì, bộ kiểm tra rò Model : CV-170; GIP-H170; CF-H170I Hãng sx: olympus Nước sx: Nhật Bản	Hệ thống	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc
13.	MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG SHREK Model: SY-SHREK-S700 Hãng SX: SHREK Nước SX : Trung Quốc	Máy	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc
14.	Hệ thống nội soi chẩn đoán TMH ống cứng kèm camera Model : TELECAM DX II Hãng SX : Karl Storz Nước SX : Đức	Máy	01	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc

Công việc cụ thể:

Nhà thầu có thông báo thực hiện bảo dưỡng trước 3-5 ngày để cùng phối hợp với bệnh viện.

+ Bảo dưỡng định kỳ 2 lần /12 tháng

+ Cài lại phần mềm khi bị lỗi

+ Công việc thực hiện bao gồm:

1) Kiểm tra, vận hành thiết bị trước khi bảo dưỡng

+ Lập biên bản đánh giá tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng

2) Vệ sinh bảo dưỡng máy chính

+ Kiểm tra điện áp của khối nguồn, các giác kết nối acquy trong (nếu có)

+ Vệ sinh hút bụi bảng mạch chính, bảng mạch màn hình, (nếu có) kiểm tra các giác kết nối, phím bấm, núm xoay. (nếu có)

+ Tra dầu mỡ hệ thống cơ khí

+ Làm sạch hệ thống làm mát và mạch điện tử

+ Hiệu chỉnh lại các bộ phận sau bảo dưỡng

+ Đưa ra các cảnh báo về linh kiện vật tư tiêu hao

+ Trường hợp máy bị hỏng sẽ xác minh chi tiết linh kiện và báo giá cụ thể.

3) Sau khi bảo dưỡng, bảo trì thiết bị phải hoạt động bình thường, an toàn và theo đúng các thông số kỹ thuật.

+ Gửi biên bản đánh giá tổng hợp tình trạng các thiết bị sau bảo dưỡng, đưa ra hướng khác phục

+ Đáp ứng các cuộc gọi hỗ trợ và đưa ra phương án xử lý trong vòng 30 phút sau khi nhận được thông tin cần hỗ trợ.

+ Nếu không xử lý lỗi online được thì công ty sẽ cử kỹ sư tới bệnh viện để xử lý sự cố trong vòng 24 giờ.